



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Znak: SZOZ.260-10.2026.

Pińczów dnia 08 października 2026r

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy:

„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, nr projektu FENX.06.01-IP.03-0001/23 – dostawa aparatu USG

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający w punkcie 1.15 dopuści aparat USG klasy Premium o wadze wyższej niż 100 kg, przy aparacie klasy Premium, zwiększona waga wynika z jakości podzespołów użytych w urządzeniu?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymaganie określone w pkt 1.15 OPZ, zgodnie z którym masa kompletnej jednostki głównej aparatu nie może przekraczać 100 kg.

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający w punkcie 1.17 dopuści aparat USG klasy Premium z odświeżaniem obrazu Frame Rate wyrażonym w Hz i na poziomie 35 714 Hz, takie urządzenie zapewnia obrazowanie na wymaganym przez Zamawiającego poziomie?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, dla którego częstotliwość odświeżania obrazu w trybie B określana jest przez producenta w Hz, pod warunkiem że z oficjalnej dokumentacji producenta jednoznacznie wynika, iż podawana wartość dotyczy częstotliwości odświeżania obrazu 2D odpowiadającej parametrowi Frame Rate określonemu w pkt 1.17 OPZ i zapewnia spełnienie wymaganego poziomu co najmniej 3300 obrazów/s. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokument producenta potwierdzający sposób definiowania i wartość tego parametru oraz dołączyć go do oferty.

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający w punkcie 3.7 dopuści aparat USG klasy Premium współpracujący z głowicą convex wykonaną w technologii Single Crystal posiadającą 180 elementów fizycznych, co zapewni zadowalający dla Zamawiającego obraz i nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych badań?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuści głowicę convex posiadającą co najmniej 180 elementów fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych dla głowicy convex, w szczególności dotyczących zakresu częstotliwości, kąta skanowania, wymaganych trybów obrazowania oraz współpracy z zaoferowaną ilościową elastografią Shear Wave.

Pkt 3.7 OPZ otrzymuje brzmienie: „Liczba elementów fizycznych – min. 180”

Pytania 4

4. Czy Zamawiający w punkcie 5.2 dopuści aparat USG klasy Premium współpracujący z głowicą sektorową wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości 1,1 - 4,9 MHz, co umożliwi zapewnienie Zamawiającemu wykonanie wymaganych procedur z tożsamą jakością?

Odpowiedź na pytanie: W pkt 5.2 OPZ Zamawiający dopuści głowicę, której dolna granica częstotliwości nie przekracza 1,5 MHz, a górna granica częstotliwości wynosi co najmniej 4,9 MHz, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w pkt 5 OPZ

Pytanie 5

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §2 ust. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje termin realizacji umowy do 42 dni od zawarcia Umowy?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Pytanie 6

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §3 ust. 13a

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego dostarczenia wykazu podstawowych części zamiennych. Wykaz części zamiennych jest częścią instrukcji serwisowej producenta, która jest udostępniana jedynie autoryzowanym serwisom. W przypadku potrzeby autoryzowany serwis jest w stanie udostępnić wybrane dane dotyczącej potrzebnej części zamiennej takie jak nazwę oraz numer katalogowy części.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 3 ust. 13 lit. a wzoru Umowy i podtrzymuje dotychczasowy zapis. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że wymaganie nie dotyczy przekazania instrukcji serwisowej producenta ani kompletnego katalogu części przeznaczonego dla autoryzowanego serwisu. Wymagany jest wyłącznie wykaz podstawowych części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do prawidłowej eksploatacji aparatu.

Pytanie 7

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §3 ust. 13d

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu dostarczenie wykazu dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymaganie określone w § 3 ust. 13 lit. d wzoru Umowy. Przekazanie wykazu dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych nie będzie uznane za spełnienie tego wymagania. Celem postanowienia jest uzyskanie potwierdzenia wymaganej dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, a nie jedynie informacji o podmiotach, które aktualnie prowadzą ich sprzedaż.

Pytanie 8

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §5 ust. 5.2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku pendrive?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, na nośniku danych. Instrukcja powinna być kompletna oraz umożliwiać jej zapis, kopiowanie, przeszukiwanie treści i wydruk przez Zamawiającego.

Pytanie 9

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy z powodu jego wad lub awarii.” na „. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy z powodu jego wad lub awarii, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą, zapewniając ciągłość badań.”?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 wzoru Umowy. Dostarczenie aparatu lub głowicy zastępczej służy zapewnieniu ciągłości wykonywania badań, natomiast nie oznacza przywrócenia Zamawiającemu możliwości korzystania z urządzenia lub elementu objętego naprawą.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W przypadku wymiany przedmiotu Umowy lub jego części na nowy okres gwarancji dla wymienionego urządzenia lub elementu biegnie od dnia podpisania protokołu potwierdzającego dokonanie wymiany.” na „W przypadku wymiany przedmiotu Umowy lub jego części na nowy okres gwarancji dla wymienionego urządzenia lub elementu biegnie do końca okresu gwarancji na aparat w stosunku do wymienianych elementów”? Producenci urządzeń medycznych udzielają gwarancji na wymienione części równy okresowi gwarancji na urządzenie medyczne, która wygasa wraz z zakończeniem okresu gwarancji zainstalowanego aparatu. Wydłużenie okresu gwarancji na wymieniony element wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowego pakietu gwarancyjnego przez oferenta u producenta co wpłynie na wzrost ceny końcowej zaoferowanego urządzenia.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 wzoru Umowy. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy okres gwarancji dla wymienionego urządzenia lub elementu będzie biegł od dnia podpisania protokołu potwierdzającego dokonanie wymiany. Przyjęte w Umowie rozwiązanie odpowiada zasadzie wynikającej z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 11

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „reakcja serwisu/rozpoczęcie czynności serwisowych” kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę po konsultacji z użytkownikiem aparatu.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Za rozpoczęcie czynności serwisowych Zamawiający uzna również kontakt telefoniczny z użytkownikiem lub zdalne połączenie z urządzeniem, pod warunkiem że w ramach tego kontaktu personel serwisowy faktycznie

rozpocznie diagnostykę zgłoszonej awarii. Samo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, automatyczna wiadomość lub kontakt o charakterze wyłącznie organizacyjnym nie będzie uznawany za rozpoczęcie czynności serwisowych.

Pytanie 12

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 5

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Jeżeli usunięcie awarii nie wymaga sprowadzenia lub wymiany istotnych części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić pełną sprawność urządzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od rozpoczęcia czynności serwisowych.” Na „Jeżeli usunięcie awarii nie wymaga sprowadzenia lub wymiany istotnych części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić pełną sprawność urządzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od rozpoczęcia czynności serwisowych.”?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 2 na 3 dni robocze, jeżeli usunięcie awarii nie wymaga sprowadzenia lub wymiany istotnych części lub podzespołów

Pytanie 13

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Jeżeli naprawa wymaga wymiany istotnego elementu lub podzespołu, powinna zostać zakończona w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od rozpoczęcia naprawy, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia urządzenia zastępczego określonego w Umowie lub OPZ.” Na „Jeżeli naprawa wymaga wymiany istotnego elementu lub podzespołu, powinna zostać zakończona w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od rozpoczęcia naprawy, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia urządzenia zastępczego określonego w Umowie lub OPZ.”?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 6 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli naprawa wymaga wymiany istotnego elementu lub podzespołu, powinna zostać zakończona w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od rozpoczęcia naprawy, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia urządzenia zastępczego określonego w Umowie lub OPZ.”

Pytanie 14

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 8

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W przypadku braku możliwości przywrócenia pełnej sprawności aparatu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewni Zamawiającemu na czas naprawy aparat zastępczy umożliwiający wykonywanie badań w zakresie nie gorszym niż urządzenie będące przedmiotem Umowy. Dostarczenie, instalacja, uruchomienie oraz późniejszy odbiór urządzenia zastępczego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.” na „ W przypadku braku możliwości przywrócenia pełnej sprawności aparatu w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zapewni Zamawiającemu na czas naprawy aparat zastępczy umożliwiający wykonywanie badań w zakresie nie gorszym niż urządzenie będące przedmiotem Umowy. Dostarczenie, instalacja, uruchomienie oraz późniejszy odbiór urządzenia zastępczego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.”?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje termin 3 dni roboczych określony w § 8 ust. 8 wzoru Umowy.

Pytanie 15

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §8 ust. 8

Czy Zamawiający zmieni zapis z „...zapewni Zamawiającemu na czas naprawy aparat zastępczy umożliwiający wykonywanie badań w zakresie nie gorszym niż urządzenie będące przedmiotem Umowy. Dostarczenie, instalacja, uruchomienie oraz późniejszy odbiór urządzenia zastępczego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.” na „ ...zapewni Zamawiającemu na czas naprawy aparat/ głowicę zastępczą umożliwiając wykonywanie badań w zakresie nie gorszym niż urządzenie będące przedmiotem Umowy. Dostarczenie, instalacja, uruchomienie oraz późniejszy odbiór urządzenia zastępczego odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.”?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę z poniższym doprecyzowaniem. W przypadku awarii dotyczącej wyłącznie głowicy Wykonawca może zapewnić głowicę zastępczą zamiast całego aparatu, pod warunkiem że głowica zastępcza będzie w pełni kompatybilna z dostarczonym aparatem oraz będzie umożliwiała wykonywanie badań w zakresie funkcjonalnym nie gorszym niż głowica objęta naprawą. W przypadku awarii jednostki głównej lub awarii powodującej brak możliwości prawidłowego korzystania z całego systemu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić aparat zastępczy.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dostarczenie, instalacja, uruchomienie oraz późniejszy odbiór aparatu lub głowicy zastępczej odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

UWAGA DO CAŁOŚCI POSTĘPOWANIA: Zamawiający informuje, że dla wszystkich zaoferowanych parametrów wymaga dostarczenia oryginalnej dokumentacji producenta, nie broszur lub oświadczeń dystrybutorów, potwierdzającej wartości oferowanych parametrów.

ZATWIERDZAM

Dyrektor SZOZ Pińczów

mgr inż. Jan Ziółkowski