



Znak: SZOZ.260-10.2026.

Pińczów dnia 12 października 2026r

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy:

„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, nr projektu FENX.06.01-IP.03-0001/23 – dostawa aparatu USG

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Pytanie 1

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr. 1, parametr nr 2.9:

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie obrazowania harmonicznego poprzez określenie wymaganej liczby dostępnych częstotliwości (pasm) dla tego trybu? Obecny opis nie uwzględnia tego parametru, mimo że liczba dostępnych częstotliwości harmonicznych ma istotny wpływ na możliwość optymalizacji obrazowania w zależności od badanej struktury, głębokości penetracji oraz warunków anatomicznych pacjenta.

Doprecyzowanie tego wymagania pozwoli:

- zapewnić porównywalność ofert,
- wyeliminować rozwiązania o ograniczonej funkcjonalności,
- zagwarantować odpowiednią elastyczność diagnostyczną systemu.

Czy Zamawiający rozważy zatem określenie minimalnej liczby pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego na poziomie minimum 10?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wprowadza jednolitego wymagania minimum 10 pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że dla oferowanej głowicy convex wymagane jest co najmniej 6 dostępnych pasm/ustawień częstotliwości obrazowania harmonicznego, a dla oferowanej głowicy liniowej co najmniej 4 dostępne pasma/ustawienia częstotliwości obrazowania harmonicznego

.Pytanie 2

Pytanie nr. 2, parametr nr 2.16:

Zamawiający wymaga funkcji pamięci dynamicznej CINE oraz możliwości archiwizacji obrazów i sekwencji badania, jednak nie określa minimalnej liczby obrazów, które mogą zostać zapisane w pamięci dynamicznej.

Czy Zamawiający, w celu jednoznacznego określenia wymaganej funkcjonalności oraz zapewnienia możliwości porównania oferowanych rozwiązań, wymaga, aby aparat posiadał pamięć dynamiczną umożliwiającą zapis minimum 70 000 obrazów w jednym badaniu, z możliwością ich przeglądania oraz regulacji prędkości odtwarzania?

W naszej ocenie określenie minimalnej pojemności pamięci dynamicznej pozwoli na zapewnienie odpowiedniego komfortu pracy, szczególnie podczas rejestracji dłuższych sekwencji obrazów oraz badań wymagających analizy ruchu struktur anatomicznych.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga minimum 70 000 obrazów w pamięci dynamicznej (cineloop).

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje pkt 2.16 OPZ, który otrzymuje brzmienie:

„Pamięć dynamiczna CINE umożliwiającą zapis minimum 70 000 obrazów w jednym badaniu, z możliwością ich przeglądania oraz regulacji prędkości odtwarzania. Możliwość archiwizacji obrazów i sekwencji badania.”

Pytanie 3

Pytanie nr. 3, parametr 3.7:

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji premiującej głowice convex o liczbie elementów fizycznych przekraczającej wymagane minimum 180 elementów, np. przyznając 0 pkt za głowicę posiadającą 180–299 elementów, 5 pkt za 300–599 elementów oraz 10 pkt za minimum 600 elementów? Liczba elementów fizycznych stanowi istotny parametr konstrukcyjny głowicy, wpływający na możliwości kształtowania wiązki ultradźwiękowej, jakość uzyskiwanego obrazu oraz zdolność obrazowania struktur położonych głęboko. Wprowadzenie punktacji pozwoliłoby Zamawiającemu premiować rozwiązania o wyższych parametrach technicznych, w tym głowice wyposażone w ponad 900 elementów fizycznych, zapewniając jednocześnie konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający częściowo uwzględni wniosek. Zamawiający nie wprowadza proponowanej punktacji za liczbę elementów fizycznych głowicy convex. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt 3.7 OPZ, który otrzymuje brzmienie:

„Liczba elementów fizycznych głowicy convex – minimum 190.”

Parametr pozostaje parametrem wymaganym i nie podlega dodatkowej punktacji.

Pytanie 4

Ad. ZAŁĄCZNIK NR 4- wzór umowy §2 ust. 1 W związku z brakiem zgody Zamawiającego na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę, w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie 30 dni od zawarcia Umowy, aparatu zastępczego o tej samej klasie i parametrach użytkowych, do czasu dostarczenia docelowego przedmiotu zamówienia? Rozwiązanie takie zapewni ciągłość pracy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na zapewnieniu przez Wykonawcę aparatu zastępczego o tej samej klasie i parametrach użytkowych do czasu dostarczenia docelowego przedmiotu zamówienia.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Jednocześnie, po ponownym przeanalizowaniu aktualnej sytuacji rynkowej oraz mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i akceptuje wydłużenie terminu realizacji umowy do 42 dni od dnia jej zawarcia.

ZATWIERDZAM

Dyrektor SZOZ Pińczów

mgr inż. Jan Ziółkowski